

Spett.le ALLERGOSYSTEM SRL
VIA DEL GARDA, 46/Q-38068
ROVERETO – TN
Att. Sig. Cipriani Gianfranco

Trento, li 25 Maggio 2020

Oggetto prove di verifica prestazioni mascherine di comunità

Gentile Sig. Gianfranco Cipriani,

in riferimento alla vostra richiesta di esecuzione **test di Respirabilità e Capacità di Filtrazione** sul vostro prodotto denominato:

Modello:TNT BLU 70 GR/MQ

Campioni:ID interno 020.

Vi comuniciamo che le prove eseguite hanno dato i seguenti risultati:

Produttore	Modello	Prova Respirabilità*	Prova Filtrazione Batterica **
ALLERGOSYSTEM	TNT BLU 70 GR/MQ	7.1 Ps/cm ²	83.1 %

*: Prova eseguita con riferimento alla Normativa UNIEN 14683 Appendice C

** : Prova eseguita con riferimento alla Normativa UNIEN 14683 Appendice B.

Cordiali saluti,

Prof. Giandomenico Nollo, PhD
Responsabile LASS-TN-Covid19

